

福建省产品质量监督抽查实施细则

定配眼镜

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量 1 副，检验样品同时作为备用样品。

2 检验依据

表 1 单焦和多焦点定配眼镜检验项目

序号	检 验 项 目		检验方法
1	光透射比	光透射比 $\tau_v$	GB 45184-2024
2		左右镜片光透射比相对偏差	GB 45185-2024
3		UV-A 波段透射比最大值 $\tau_{SUV A}$	GB 45184-2024
4		UV-B 波段透射比最大值 $\tau_{SUV B}$	GB 45184-2024
5	顶焦度	每主子午面顶焦度偏差	GB 45184-2024
6		柱镜顶焦度偏差	GB 45184-2024
7	柱镜轴位方向偏差		GB 45185-2024
8	中心点位置	中心点水平距离偏差	GB 45185-2024
9		中心点垂直互差	GB 45185-2024
10		中心点单侧水平距离偏差	GB 45185-2024
11	装配质量		GB/T 10810.1-2025

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

### 3 判定规则

#### 3.1 依据标准

GB/T 13511.1-2025 配装眼镜 第1部分：单焦和多焦定配眼镜

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

#### 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。